

Lijst van rode knipperlichten gebruikt tijdens het chirurgisch zorgtraject

- Het voorkomen van minstens 2 van de volgende 3 knelpunten:
 - het gebruik van open systemen voor desinfectie op een operatiekwartier of CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling)
 - snelsterilisatie door het inkorten van de sterilisatiecyclus
 - het systematisch misbruik van noodsterilisatie (meer dan tweemaal per dag hetzelfde instrument of dezelfde set en/of het onverpakt steriliseren van niet-accidenteel gedesteriliseerd materiaal)
- Het volledig ontbreken van een type test (vacuümlekttest – Bowie en Dick (of ETS) – procesparameters) bij 1 of meerdere autoclaven
- Het ontbreken van meer dan de helft van de vereiste controletesten voor een type test (vacuümlekttest – Bowie en Dick (of ETS) – procesparameters); dit wordt bekeken voor het totaal van de autoclaven
- Het opmerken in meer dan de helft van de gecontroleerde operatiezalen van medewerkers die geen mondneusmasker droegen (of bij wie mond en/of neus niet bedekt waren door een mondneusmasker) terwijl steriele velden open lagen
- Het vaststellen dat een patiënt onder algemene narcose is, zonder dat een anesthesist (of ASO in de anesthesie) in de zaal bij de patiënt aanwezig is (en waarbij deze niet weggeroepen was voor een reanimatie)
- Het vinden van meer dan 1 patiënt op het operatiekwartier zonder identificatiebandje
- Het niet in gebruik zijn van een Safe Surgery Checklist (SSCL)
- Het gebruik in het operatiekwartier van een of meerdere anesthesietoestellen waarvan het laatste onderhoud meer dan een jaar geleden is
- Het ontbreken van alle gecontroleerde preoperatieve gegevens (bloeddruk, gewicht, allergie, vorige ingrepen, thuismedicatie) in het dossier van een patiënt
- Het ontbreken van de 3 postoperatieve parameters (bloeddruk, pols, temperatuur) in meer dan 1 patiëntendossier de dag na de ingreep
- Het ontbreken van een ontslagbrief in meer dan de helft van de gecontroleerde dossiers van patiënten die minstens een week geleden op ontslag gingen.